

Phụ lục 1
DANH MỤC TÀI SẢN, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG ĐỀ XUẤT THANH LÝ NĂM 2025

(Đính kèm công văn số /KSBT-TCHC ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa)

STT	Tên tài sản	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã TS	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
1	VSLD - Máy đo chức năng hô hấp Mediic Air	Mediic Air	MKHAC_VS LD07	2010	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	32,764,500	0	Máy cháy board mạch, nguồn điện	Labo VSLD
2	VSTP - Máy nghiền mẫu khô 7614001	7614001-080908 (ĐỨC)	MKHAC_VS TP16	1998	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	13,800,000	0	Máy hư board mạch, cháy nguồn điện, máy đời cũ không có vật tư thay	Labo VSN
3	Máy ly tâm EBA 21	EBA21 Hittich - Đức	KLC 2012	2012	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	108,375,000	0	Máy hư roto, cháy nguồn điện, không ly tâm được	Labo Huyết học
4	Máy sinh hóa tự động Clindia FA-400	FA-400 - Bi	KLC 2012	2012	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	456,392,100	0	Hư bộ quang, nguồn điện, không đọc được kết quả, đường dây ống bị đứt, mực, máy đời cũ không có vật tư thay	Labo Huyết học
5	Máy vi tính		KLC 2012	2004	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	6,785,000	0	Cháy nguồn, main board, ổ cứng, Dram	Labo Huyết học
6	Máy in 1015		KLC 2012	2004	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	3,976,000	0	Hỏng drum, nguồn không dùng được	Labo Huyết học
7	Máy khuấy từ gia nhiệt		KLC 2012	2004	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	17,991,159	0	Máy hư board mạch, nguồn điện, không có vật tư thay	Labo Huyết học
8	Bể đốt khô		KLC 2012	2004	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	26,250,955	0	Mực nát, không sử dụng được	Labo Huyết học
9	Tủ sấy		KLC 2012	2004	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	24,894,539	0	Máy hư nguồn điện, quạt, khay trong tủ không khô, đèn báo cháy	Labo Huyết học
10	Nồi nắp tiết trùng		KLC 2012	2012	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	13,387,500	0	Nồi không gia nhiệt đun nóng, hỏng thanh đốt	Labo Huyết học

STT	Tên tài sản	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã TS	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
11	SH - Máy phân tích nước tiểu 10 thông số TC -101		MKHAC_PS H	2009	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	16,310,000	0	Đã hỏng buồng đo quang, không đọc được kết quả	Labo Huyết học
12	SH - Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động BTS 310 SA	BTS 310 SA	MKHAC_PS H03	2007	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	49,022,000	0	Đã hỏng nguồn điện, hư bộ đo quang	Labo Huyết học
13	SH - Máy phân tích nước tiểu Pocketchem UA- PU4010	Pocketchem UA- PU4010	MKHAC_X N02	2012	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	34,125,000	0	Đã hỏng nguồn điện, cháy buồng đo quang	Labo Huyết học
14	Máy chiếu Sony VPL-EX 130	Sony	MC QTC 01/10-10	2010	Khoa Phòng chống HIV/AIDS	Cái	1	19,745,454	0	Hư log, cháy nguồn, main board, đèn Led	
15	Bình Bơm	HANSEN	3BB29	2013	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	19	84,279,376	0	Hư bộ phận bơm, cháy nguồn, dây dẫn	
16	Kính mổ muỗi Olympus	Olympus	3LKL02	2000	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	1	13,137,500	0	Cháy bóng đèn, màn hình, hệ thống chiếu sáng, cháy nguồn	
17	Hưng - Máy phun Fontan GER ULV (3 cái)	Fontan GER ULV	MKHAC_KS BTN12	2012	Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng 04 Quang Trung	Cái	5	199,650,000	0	Tắc đầu phun, ống dẫn bị rò rỉ. Máy hỏng motor bơm, cánh bơm.	
18	Hệ thống dựng hình phi tuyến		HTDH1807	2006	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	90,147,581	0	Cháy Mainboard, ổ cứng SSD/HDD, cháy nguồn, không có thiết bị thay thế	
19	Máy quay đồng bộ kỹ thuật số, đầu đọc, cáp truyền dẫn	Sony	MQP1306	2006	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	297,632,110	0	Cháy nguồn, cáp truyền dẫn, cáp đứt gãy,	
20	Pin máy quay Sony	Sony	PMQ0506	2009	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	14,200,000	0	Cháy pin không sạc được	
21	Máy chiếu Hpec + màn chiếu	Hpec	KLC 2013	2013	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	12,000,000	0	Màn chiếu bị gãy, rách, không dùng được	
22	Máy quay kỹ thuật số sony HDR-CX150E	HDR-CX150E	MKHAC	2016	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	16,200,000	0	Cháy nguồn, cháy màn hình, cáp truyền dẫn đứt gãy, không sửa chữa được	
23	Bàn tiêm - Tủ lạnh TW 1990	TW 1990	MKHAC_KS BTN21	2009	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	32,000,000	0	Hư gog, cháy bo nguồn,	
24	Máy phát điện		MPD1906	2006	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	11,583,800	0	Cháy bo nguồn, hư hệ thống điện, máy đời cũ không có thiết bị thay thế	
25	Nhiệt kế đo thân nhiệt (đo trán)/ Đức		NKDUC-08/21	2021	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	10	29.700.000	0	Vỡ, hư, không hoạt động được	
26	Bộ khí tượng thủy văn		BKTTV	1998	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	1	12,600,000	0	Gãy, mục, nát không hoạt động được	
27	Cụm Alten Parabol TQT lắp		ALTEN	1994	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	1	13,500,000	0	Gãy, mục, nát không hoạt động được	
28	Cụm khí tượng TV		KTTV	1994	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	1	103,533,358	0	Gãy, mục, nát không hoạt động được	
29	Đèn bẫy muỗi CDC		ĐBM	1998	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	20	34,708,000	0	Gãy, mục, nát không hoạt động được	
30	Nhóm đèn bẫy muỗi CDC		NĐBM	1998	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	20	25,000,000	0	Gãy, mục, nát không hoạt động được	
31	Tuyến quan trắc mực nước		CDC	1996	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	1	13,179,000	0	Gãy, mục, nát không hoạt động được	

STT	Tên tài sản	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã TS	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
32	Bộ phân tích Elisa	Model 680	BPT01/07	2007	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Bộ	1	104,108,002	0	Cháy đèn đọc quang, không đọc được mẫu	Labo HIV
33	Bộ rửa Elisa Bio-Rad	PW40	BELI01/07	2007	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Bộ	1	63,012,490	0	Hư bộ rửa không hoạt động được, không rửa mẫu được, máy đời cũ không có thiết bị thay thế	Labo HIV
34	Dàn Elisa	ELX 808	DELI01/08	2008	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Bộ	1	157,500,000	0	Hư bộ đọc, bộ rửa, bộ ủ nhiệt độ, cháy nguồn, máy đời cũ không có thiết bị thay thế	Labo HIV
35	Máy chiết xuất nước	Barloworld A4000D	MCX01/08	2008	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Cái	1	56,774,500	0	Hư mô tơ, bộ phận chiết rót, cháy nguồn, không hoạt động được, máy đời cũ không có thiết bị thay thế	Labo HIV
36	Máy phân tích sinh hóa tự động	Shenzen BS300	MPT 01/08	2008	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Cái	1	465,745,900	0	Hư hệ thống quang học, hệ thống phối chất lỏng, phần mềm lỗi không phân tích được	Labo HIV
37	Máy lắc mẫu y tế Serodia rotator	MS3 digital	MLM 01/09	2009	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Cái	1	11,656,310	0	Hư mô tơ, hư bộ phận lắc, cháy nguồn máy đời cũ không có thiết bị thay thế	Labo HIV
38	Tủ ấm Elisa	Bio-Rad IPS	TAM01/07	2007	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. 31 Lê Thành Phương	Cái	1	52,053,890	0	Hư bộ ủ nhiệt độ, cháy nguồn, máy đời cũ không có thiết bị thay thế	Labo HIV
39	Hệ thống xử lý nước RO	Model: UPZGJII/IOT	MKHAC SH TT06	2011	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 31 Lê thành phương	Cái	1	134,695,000	0	Cháy màng lọc, đèn UV, hệ thống van, đường ống, cảm biến, đời cũ không có thiết bị thay thế	Labo Môi trường
40	VSDR - Tủ Hottehiatachi	Model: Hitachi-Nhật	MKHAC_VS ĐR04	2004	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	181,392,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	Labo Môi trường
41	Camera Sony DSR-25	Sony DSR-25	MQ0609	2006	Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức Khỏe	Cái	1	173,800,000	0	Hỏng cơ chế nạp và phát băng C3140 và C3270 ghi hình, màn hình bị cháy, không có thiết bị thay thế.	
42	Máy ảnh Canon	Canon	MVT.18	2017	Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức Khỏe	Cái	1	20,000,000	0	Chụp hình bị mờ, ảnh nhòe, rung, không rõ nét	
43	Ống kính Canon 24-105	Canon 24-105	MVT.19	2017	Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức Khỏe	Cái	1	11,500,000	0	Ống kính mờ, nhìn nhòe, không rõ nét	
44	Máy điện tim Model ECG-1250K (SKNN)	NIHON KOHDEN	MKHAC_SK NN02	2012	Khoa Bệnh nghề nghiệp	Cái	1	71,972,000	0	Khởi động không lên, hư nguồn, màn hình mất tín hiệu, cháy các đầu điện cực	
45	Máy chiếu Sony + máy tính IBM	Panasonic	MC_SONY	2004	Khoa Bệnh nghề nghiệp	Cái	1	103,974,000	0	Cháy màn hình, cháy nguồn, cháy main board, , cháy đèn Led	
46	Máy photocopy Konica Minota Bizhub 250 -1	Konica Minota Bizhub 250 -1	MPT001/08	2008	Phòng Tổ chức - Hành chính, Tòa nhà 31 Lê Thành Phương	Cái	1	40,125,000	0	Cháy màn hình, cháy drum, cháy nguồn, máy đời cũ không có thiết bị thay thế	

STT	Tên tài sản	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã TS	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
47	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000	MKHAC_D02	2006	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	42,823,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
48	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000	MKHAC_D02	2006	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	42,823,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
49	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000	MKHAC_KS BTN10	2008	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	55,855,875	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
50	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000	MKHAC_KS BTN10	2008	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	55,855,875	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
51	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000	MKHAC_KS BTN10	2008	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	55,855,875	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
52	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000	MKHAC_KS BTN10	2008	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	55,855,875	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
53	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000AC	MKHAC_KS BTN31	2014	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	119,265,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
54	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000AC	MKHAC_KS BTN311	2014	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	119,265,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
55	Tủ Lạnh Model: TCW3000	Model: TCW3000AC	MKHAC_KS BTN312	2014	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	119,265,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
56	Phần mềm kế toán Misa HCSN	Misa	PMKTHCSN 03	Sd 2009 - 2013	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	10,500,000	0	hết thời hạn	
57	Phần mềm kế toán CHSN	Misa	PMKTHCSN	Sd 2012 - 2016	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	10,500,000	0	hết thời hạn	
58	Phần mềm kế toán Misa 2012	Misa	PMKT 12	Sd 2012 - 2016	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	10,500,000	0	hết thời hạn	
59	Phần mềm kế toán (Misa)	Misa	NT 2010	Sd 2010 - 2014	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	10,500,000	0	hết thời hạn	
60	Máy siêu âm (kho)	Aloka Prosound	SR2008	2008	Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng	Cái	1	155.000.000	0	Hỏng màn hình, hỏng đầu dò (máy đời cũ không có vật tư thay thế).	
Tổng cộng								3,496,291,271	0		