

Số: /KSBT-KHNV

Khánh Hòa, ngày tháng 3 năm 2024

V/v mời chào giá mua hóa chất,
trang thiết bị phục vụ phân tích
mẫu nước (lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất, trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu nước, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phan Thị Thu Trinh, nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ,

Số ĐT: 0987490623; Email: phanthutrin75@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Quý đơn vị thực hiện theo hình thức sau: Gửi báo giá trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ:

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ (CN. Phan Thị Thu Trinh)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thắng - TP Nha Trang - Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258. 3562993.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Đến trước **16h30 ngày 25/3/2024**.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Danh mục hàng hóa:

TT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thuốc thử Clo dư 10ml mẫu	- Hóa chất dạng bột dùng để xác định clo dư tự do trong nước bằng phương pháp DPD Free Chlorine. - Dải đo: 0.02 – 2.00 mg/l. - Cỡ mẫu: 10ml. - Nhiệt độ bảo quản: 10⁰C đến 25⁰C. - Sử dụng cho máy đo clo dư tự do HACH – Pocket ColorimeterTMII. - Sản phẩm tham khảo: Code: Cat.2105569. Hãng: HACH hoặc sản phẩm tương đương về mặt kỹ thuật, mục đích sử dụng.	Test	1.500
2	Bộ kit dùng kiểm chuẩn, SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine – LR	- Nồng độ: 0 - 2.0 mg/L Cl₂ - Được sử dụng để xác nhận tính ổn định của thiết bị - Một bộ gồm có 4 ống chứa dung dịch dạng gel có màu sắc tương ứng với các nồng độ clorin khác nhau trong - Sản phẩm tham khảo: Code: Cat.2635300. Hãng: HACH hoặc sản phẩm tương đương về mặt kỹ thuật, mục đích sử dụng.	Bộ	01
3	Bộ chuẩn clo dư và clo tổng	- Nồng độ: 0.00 mg/L và 1.00 mg/L tại 25⁰C - Dùng để hiệu chuẩn và kiểm tra máy quang cảm tay và để bàn - Sản phẩm tham khảo: Code: HI93414-11. Hãng: HANNA hoặc sản phẩm tương đương về mặt kỹ thuật, mục đích sử dụng.	Bộ	01

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa:

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại Kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Số 39A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

3. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a) Văn bản Báo giá theo mẫu cho hàng hóa như Bảng Danh mục hàng hóa ở mục II-1 (Mẫu báo giá đính kèm phụ lục).

b) Giá hàng hoá nêu trong bảng báo giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến kho của bên mua và các chi phí khác (nếu có).

c) Tài liệu mô tả các thông số kỹ thuật của hàng hóa chứng minh phù hợp yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị và rất mong nhận được phản hồi từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website TT KSBT;
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, KHNH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tôn Thất Toàn